Test owulacyjny LH paskowy APTEO CARE, 5 szt.

Cena: 17,01 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Jednorazowy test owulacyjny wykrywający poziom hormonu LH w moczu.

Sposób użycia:
1. Test wykonywać w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się w granicach 18-30ºC.
2. Przed użyciem przygotować stoper.
3. Do pojemnika testowego dołączonego do opakowania zebrać próbkę moczu. Nie zaleca się pobierać do badania próbki pierwszego, porannego moczu.
4. Z foliowej saszetki wyjąć test (środek pochłaniający wilgoć umieszczony wewnątrz saszetki wyrzucić wraz z saszetką).
5. Pasek testowy zanurzyć w pobranym moczu do linii paska, tak jak pokazuje strzałka. Nie zanurzać powyżej linii MAX (maksimum).
6. Po 15 sekundach pasek testowy wyjąć z próbki moczu i umieścić go na płaskiej, czystej, suchej niechłonnej powierzchni.
7. Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową i kontrolną paska testowego. Odczekać, aż pojawią się barwne linie.
8. Wynik testu odczytać po 10 minutach od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.
9. Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut, ponieważ może być on błędny.
10. Po jednokrotnym użyciu test należy wyrzucić.

Zawartość opakowania:
- 5 testów paskowych w osobnych saszetkach zawierających 1 test oraz środek pochłaniający wilgoć
- 5 pojemników na mocz,
- instrukcja używania.

Produkt przeznaczony do samokontroli.
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
Wyrób nie jest przeznaczony do użytku wewnętrznego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.